



Beschlussantrag 017/2017 an den Rettungsdienstauschuss (RDA) Bayern

Thema: Einheitliche Gerätekonfiguration im öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst

Beschlussvorschlag im Wortlaut:

Die AG Ausrüstung, Bevorratung & Beschaffung (AG 3) wird beauftragt, zur Minderung des Sicherheitsrisikos bei der Anwendung von zentral beschafften medizintechnischen Geräten im öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst in Bayern jeweilige Empfehlungen für eine einheitliche Geräte-Grundeinstellung zu erarbeiten und auszusprechen.

Begründung:

Die Steuerungsgruppe von cirs.bayern hat auf Basis eingehender Meldungen festgestellt, dass bei gleichen Geräten (z.B. LP15, C3, LP1000, Medumat) unterschiedliche Grundkonfigurationen und -einstellungen in Bayern existieren, was durch den Anwender zu einem Risiko in der Patientensicherheit führen kann. Durch wiederholtes Lernen, Üben und Anwenden könnten Handgriffe an Medizingeräten in kritischen Situationen weitgehend automatisiert durchgeführt werden, was durch unterschiedliche Grundkonfigurationen deutlich erschwert wird und Verzögerungen in der Patientenversorgung mit sich bringen kann.

Sofern der Beschlussantrag einen Arbeitsauftrag beinhaltet:

Vorschlag, welche Ausschussmitglieder bei der Bearbeitung mitwirken sollten:

Ärztliche Leiter/Beauftragte Rettungsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitsgemeinschaft der ZRF Bayern	<input type="checkbox"/>
Bayerische Krankenhausgesellschaft/Klinikpersonal	<input type="checkbox"/>

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr	<input type="radio"/>
Durchführende im Rettungsdienst	
• Bergrettung	<input checked="" type="checkbox"/>
• Landrettung	<input checked="" type="checkbox"/>
• Luftrettung	<input checked="" type="checkbox"/>
• Wasserrettung	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrierte Leitstellen	<input type="radio"/>
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns	<input type="radio"/>
Sozialversicherungsträger	<input type="radio"/>
Staatl. Feuerweherschule	<input type="radio"/>

Vorschlag zur Angabe der Dringlichkeit/Priorität:

Priorität 1 (sehr dringend)	<input type="radio"/>
Priorität 2 (dringend)	<input checked="" type="checkbox"/>
Priorität 3 (aufschiebbar)	<input type="radio"/>

Ort, Datum

Langquaid, 06.11.2017

Antragsteller:

Dr. Stephan Nickl

Leiter Steuerungsgruppe cirs.bayern